

Wykonawcy

Wrocław, 16 .08.2011 r.

ZP/PN/3/2011/KA

Dotyczy: postępowania pn. Dostawę systemu rehabilitacji kardiologicznej, jego montaż – instalację, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w dniu .28.07.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej zaprezentowana jest treść pytania wraz z odpowiedzią.

PYTANIA

Dotyczy treści SIWZ:

1 Czy zamawiający dopuści do w/w przetargu firmę posiadającą Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę niższą niż Zamawiający określił w SIWZ.

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu bezpłatnego dostarczania przez Sprzedającego w okresie gwarancji tj. dwóch lat materiałów zużywalnych w postaci elektrod jednorazowych, pasty abrazyjnej, papieru i tonerów do drukarki?

Ilości te są w chwili przygotowania oferty trudne do oszacowania przez Sprzedającego co może niekorzystnie wpłynąć na wartość oferty.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu naprawy do 72 godzin (licząc dni robocze) bez konieczności dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego?

ODPOWIEDŹ:

Pytanie nr 1
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytania 2-3
Tak i w tym zakresie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia