

Wrocław, dnia 02.02.2026 r.

### KOREKTA ODPOWIEDZI DO PYTANIA NUMER 1

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi jak niżej:

JEST:

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-01-23 10:38:46, data opublikowania 2026-01-29

Dotyczy załącznik nr 1.1, pkt 24 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 24 wpisując kął obrazowania min 90 st dla głowicy liniowej? Informujemy, iż dla głowic liniowych parametr obrazowania określa się wg. szerokości, która standardowo ma wartość 40 mm +/-10%.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 24 wg. następującego zapisu – Szerokość obrazowania 40 mm +/-10%?

Udzielono odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 24 : Szerokość obrazowania 40 mm +/- 10% W zw. z powyższym pkt 24 w tabeli powinien brzmieć: Szerokość obrazowania 40 mm +/-10%

**POWNINNO BYĆ:**

Udzielono odpowiedzi:

**Zamawiający koryguje omyłkę pisarską. Zapis powinien brzmieć: pkt 24 :**

**Szerokość obrazowania 42mm +/- 10%. W związku z powyższa korektą**

**Zamawiający załącza aktualną tabelę wymagań dla Aparat USG.**

**Oferty należy składać z uwzględnieniem powyższego.**